

# 水分離指数測定器 SA9000-0



水分離指数測定器 SA9000-0 はジェット燃料の水分離指数を測定する試験器です。試験法としては ASTM D8073 と IP 624 として登録されており、製品スペックとしての使用は ASTM D1655 と Joint Inspection Group の JIG Bulletin No.121 にて認定されています。JIG においては従来法に替わって新たに設定された推奨試験法のうちの1つに選ばれています。試料をセットしてスタートボタンを押すだけで、水の添加、乳化、送液、測定が全自動で行われ、従来法に比べて操作が簡単で未経験者でもすぐに使用できます。

※英国 STANHOPE SETA 社の製品です。 [www.stanhope-seta.co.uk](http://www.stanhope-seta.co.uk)

測定レンジ	50 ~ 100(水分離指数 WSI として)
伝導度	0 ~ 2000 pS/m(オプション)
試料量	230 mL
外部出力	USB
寸法・重量	W380 × D310 × H350 mm 8 kg
電源	ユニバーサル 85 ~ 265 VAC 42 ~ 63 Hz